

S&L/DA/2017/060	ID	Étage Louvain	Étage Vilvorde	mesures (en cm)	poids (en kg)	fragile ?	description des services demandés
<b>Lot 1 : chromatographe en phase gazeuse (aussi en combinaison avec le spectromètre de masse comme détecteur)</b>							
AC Reformulizer : 6890N G.C. + reformulizer	943	RDC	RDC	80Bx55Dx90H	60	non	démontage, emballage, déménagement, assemblage, mise en route*
Perkin Elmer Clarus 580	1119	RDC	RDC	66Bx66Dx77H	50	Non	démontage, emballage, déménagement, assemblage, mise en route*
Perkin Elmer GC : Autosystem XL	867	RDC	RDC	68Bx60Dx76H	50	Non	démontage, emballage, déménagement, assemblage, mise en route*
Perkin Elmer GC : Autosystem XL	898	RDC	1	68Bx60Dx76H	50	Non	démontage, emballage, déménagement, assemblage, mise en route*
Agilent GC-MS : G6890N G.C. + 5973N M.S.	1052	RDC	1	90Bx60Dx90H	88	Non	démontage, emballage, déménagement, assemblage, mise en route*
<b>Lot 2 : Appareils d'optique</b>							
Colorimètre ASTM D1500	331	-1	RDC	23Bx25Dx47H	2	optique	démontage, emballage, déménagement, assemblage, mise en route*
Perkin Elmer FTIR : Spectrum one	909	-1	RDC	48Bx60Dx36H	30	optique	démontage, emballage, déménagement, assemblage, mise en route*
TEI Xplorer + Archie 105 pour la mesure de la teneur en soufre	1099	RDC	RDC	63Bx68Dx66H	30	tube à combustion en verre	démontage, emballage, déménagement, assemblage, mise en route*
Polarimètre Schmidt et Haensch NIR W2	1042	RDC	1	73Bx42Dx20H	25	optique	démontage, emballage, déménagement, assemblage, mise en route, CALIBRAGE (ISO17025)
Réfractomètre	701	RDC	1	15Bx27Dx35H	5	optique	démontage, emballage, déménagement, assemblage, mise en route*
Perkin Elmer UV-VIS : Lambda 20	883	2	1	65Bx70Dx26H	25	optique	démontage, emballage, déménagement, assemblage, mise en route*
Microscopes	1083+1084	2	1	2*(28Bx30Dx50H)	2*10	optique	démontage, emballage, déménagement, assemblage, mise en route*
<b>Lot 3 : Chromatographe en phase liquide (HPLC)</b>							
HPLC Agilent : 1260 Infinity	1103	RDC	1	5*(14Bx35Dx44H)	5*15	Non	démontage, emballage, déménagement, assemblage, mise en route*
UPLC Waters: Acquity	1075	RDC	RDC	35Bx66Dx23H+35Bx72Dx28H+ 30Bx61Dx21H	25+30+15	détecteur optique	démontage, emballage, déménagement, assemblage, mise en route*

S&L/DA/2017/060	ID	Étage Louvain	Étage Vilvorde	mesures (en cm)	poids (en kg)	fragile ?	description des services demandés
<b>Lot 4 : Balances</b>							
Balance d'analyse : Mettler XS204	1088	-1	RDC	19Bx45Dx30H	5	optique	emballage, déménagement, mise en route, CALIBRAGE (ISO17025)
Balance monoplateau : Mettler PB3002-S	913	RDC	1	24Bx32Dx10H	5	optique	emballage, déménagement, mise en route, CALIBRAGE (ISO17025)
Balance d'analyse : Mettler AX204	906	RDC	1	24Bx50Dx28H	5	optique	emballage, déménagement, mise en route, CALIBRAGE (ISO17025)
Balance de précision : Mettler MS6002-S	1090	2	1	20Bx35Dx10H	5	optique	emballage, déménagement, mise en route, CALIBRAGE (ISO17025)
Balance de précision : Mettler PB3002-S	905	2	1	24Bx32Dx10H	5	optique	emballage, déménagement, mise en route, CALIBRAGE (ISO17025)
Balance d'analyse : Mettler AT200	842	2	1	24Bx44Dx29H	5	optique	emballage, déménagement, mise en route, CALIBRAGE (ISO17025)
<b>Lot 5 : Spectrofluorimètre à rayons X</b>							
Bruker XRF+système de refroidissement	1035	-1	RDC	84Bx88Dx130H+70Bx80Dx150 H	400+200?	fragile (optique)	démontage, emballage, déménagement, assemblage, mise en route*
<b>Lot 6 : appareil à scintillation liquide</b>							
Perkin Elmer Tricarb 2100TR Liquid Scintillation Analyzer	868	-1	-1	105Bx85Dx45H	240	château de plomb + fragile (optique)	démontage, emballage, déménagement, assemblage, mise en route*
<b>Lot 7 : Divers appareils</b>							
Densitomètre Anton Paar DMA4500	1064	-1	RDC	31Bx45Dx23H	25	oui (tube de mesure en verre)	démontage, emballage, déménagement, assemblage, mise en route, CALIBRAGE (ISO17025)
Elbanton Milkymaster	963	-1	1	100Bx55Dx73H	100?	Non	emballage, déménagement
Herzog HDA 627 Distillator	965	-1	RDC	40Bx60Dx85H	50	Non	démontage, emballage, déménagement, assemblage, mise en route, CALIBRAGE (ISO17025)
Herzog Optidist Distillator	1081	-1	RDC	43Bx50Dx70H	50?	Non	démontage, emballage, déménagement, assemblage, mise en route, CALIBRAGE (ISO17025)
Testeur de point éclair Pensky Martens : HFP 360	894	-1	RDC	25Bx49Dx49H	25	Non	démontage, emballage, déménagement, assemblage, mise en route, CALIBRAGE (ISO17025)
Gerhardt Vapodest Kjeltex + Digester	1058+1068	RDC	1	129Bx67Dx165H	190	Non	démontage, emballage, déménagement, assemblage, mise en route*
Densimètre Anton Paar DMA5000 + Alcoalyzer Plus	954	2	1	2*(28Bx40Dx21H)+70Bx58Dx1 0H	15+10	oui (tube de mesure en verre)	démontage, emballage, déménagement, assemblage, mise en route, CALIBRAGE (ISO17025)
Anton Paar DMA58	847	2	1	28Bx56Dx20H	30	oui (tube de mesure en verre)	démontage, emballage, déménagement, assemblage, mise en route*

S&L/DA/2017/060	ID	Étage Louvain	Étage Vilvorde	mesures (en cm)	poids (en kg)	fragile ?	description des services demandés
Cabine à flux laminaire Telstar Bio IIA	981	2	1	135Bx76Dx140H	200	Non	démontage, emballage, déménagement, assemblage, mise en route*
Viscosimètre Brookfield LVDV-I+ + Thermosel 74R	780	2	1	28Bx18Dx41H+12Bx25Dx34H+20x20x20	2+5+5	oui (cylindre de mesure suspendu antifricition)	démontage, emballage, déménagement, assemblage, mise en route*
Console : Ametek Lloyd LRX Plus	950+951	3	-1	60Bx38Dx120H	50	Non	démontage, emballage, déménagement, assemblage, mise en route, CALIBRAGE (ISO17025)
Bain de paraffine + heaters	920	-1	1	60Bx42Dx82H	25	bac en verre	emballage, déménagement
Robot Coupe R25a	1108	-1	1	70Bx40Dx90H	50	Non	emballage, déménagement
Titrator oil pack (metrohm)	1107	-1	RDC	19Bx41Dx50H	5	Non	emballage, déménagement
Cerealtester : Perten Lab mill 3100	861	RDC	1				emballage, déménagement
Cerealtester : Hagberg falling type 1500	855	RDC	1	36Bx29Dx50H+50Bx53Dx60H	25+60	Non	emballage, déménagement
Unité de distillation à la vapeur Büchi K-355	1065	2	1	37Bx40Dx65H	30	Non	emballage, déménagement
Gerber Centrifuge Universal	903	2	1	65Bx67Dx45H	30	Non	emballage, déménagement
Perkin Elmer PCR Thermocycler Geneamp 2400	890	2	1	33Bx60Dx23H	15	Non	emballage, déménagement, mise en route, CALIBRAGE (ISO17025)
HVL Savant Lyofilisator	789	2	1	29Bx30Dx26H+30Bx50Dx26H+42Bx15Dx40H	15+20+40	Non	emballage, déménagement
Sigma 2-16 Centrifuge	1077	2	1	55Bx58Dx32H	50	Non	emballage, déménagement
PEQLAB PCR Cabinet	1079	3	1	73Bx60Dx73H	15	Non	emballage, déménagement
Brabender AEV 330	752+753	3	-1	52Bx110Dx48H	150?	Non	emballage, déménagement
Carver Press	956+957	3	-1	50Bx40Dx87H	100	Non	emballage, déménagement
Découpeuse CEAST	953	3	-1	25Bx35Dx50H	30	Non	emballage, déménagement
Compresseur Brown ; 1M90L	774	3	-1	100Lx32Bx70H	20	Non	emballage, déménagement
Compresseur Jun-Air, 6-X, 8 bar		3	-1	Ø40x55H	30	Non	emballage, déménagement
Compresseur Jun-Air 600/25M		RDC	RDC	144Bx60Dx85H	50	Non	emballage, déménagement
Rhéomètre Monsanto 100S	756	3	-1	56Bx60Dx115H	150?	Non	démontage, emballage, déménagement, assemblage, mise en route*
Moffeloven VECSTAR: EF3 91E	833	RDC	1	46Bx63Dx58H	60	Non	emballage, déménagement
<b>Lot 8 : Appareils à déménager préalablement</b>							
HPLC Waters 1: 2690 + 2996 détecteur	877	RDC	RDC	58Bx55Dx58H+30Bx61Dx22H	45+15	détecteur optique	démontage, emballage, déménagement, assemblage, mise en route*
HPLC Waters 2: 2690 C83+ 2487	892	RDC	RDC	58Bx55Dx58H+30Bx51Dx21H	45+10	détecteur optique	démontage, emballage, déménagement, assemblage, mise en route*
GC-MS Shimadzu QP2010Ultra	1105	RDC	1				démontage, emballage, déménagement, assemblage, mise en route*

\* mettre en route signifie que l'appareil répond à ses spécifications/tests de performance